



# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-11-2023/293143440

Действительно до 06 ноября 2029 г.

Средство измерений Счетчики турбинные холодной и горячей воды, тип СТВХ и СТВУ, модификация СТВХ, госреестр № 32540-11  
*наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений*

заводской номер 031403412  
*заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение*

в составе -

поверено в полном объеме  
*наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки*

в соответствии с ГОСТ 8.156-83  
*наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов госреестр № 20015-06, Установки поверочные, тип ВЗЛЕТ ПУ, модификация ВЗЛЕТ ПУ, № 080019, ЗР;  
*регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам*

при следующих значениях влияющих факторов Температура окружающего воздуха: 21,9 °С; Относительная влажность: 42 %; Атмосферное давление: 98,1 кПа; Температура поверочной жидкости: 19,5 °С;  
*перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-293143440>

*Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

Поверитель

Балашов Ю. В.

*фамилия и инициалы*

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №442

*должность руководителя или другого уполномоченного лица*

Свистунов И. Н.

*фамилия и инициалы*

Дата поверки

07 ноября 2023 г.