



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФГУП «СТАНДАРТ МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-11-2023/293091242

Действительно до 06 ноября 2029 г.

Средство измерений Счетчики холодной воды турбинный, тип ВДХ, ВДХ-И (крыльчатые), ВДТХ, ВДТХ-И (турбинные), ВДГ, ВДГ-И (крыльчатые), ВДТГ, ВДТГ-И (турбинные), модификация ВДТХ, госреестр № 19653-07
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 14000920
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с МИ 1592-2015
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов госреестр № 20015-06, Установки поверочные, тип ВЗЛЕТ ПУ, модификация ВЗЛЕТ ПУ, № 080019, 3Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов Температура окружающего воздуха: 21,9 °С; Относительная влажность: 42 %; Атмосферное давление: 98,1 кПа; Температура поверочной жидкости: 19,5 °С;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-293091242>


Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель

Балашов Ю. В.

фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник лаборатории, лаборатория №442

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Свистунов И. Н.

фамилия и инициалы

Дата поверки

07 ноября 2023 г.